



Narodowy Fundusz  
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej



Projekt pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”  
LIFE\_AQP\_OPOLSKIE\_2019.PL - LIFE19 GIE/PL/000398 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Opole, dnia 05.04.2022 r.

**Zamawiający:**

Województwo Opolskie z siedzibą:  
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  
ul. Piastowska 14, 45 – 082 Opole

Postępowanie nr **DOA-ZP.272.6.2022**

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00103190/01 z dnia 2022-03-30

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn.: „Dostawa kamer termowizyjnych wraz z licencją na oprogramowanie do raportowania badań termowizyjnych budynków w ramach realizacji projektu LIFE\_AQP\_Opolskie\_2019.PL - LIFE19 GIE / PL / 000398”.

**Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela niezwłocznie wyjaśnień.

**Zestaw pytań Wykonawcy nr 1 z dnia 01.04.2022 r.**

**Pytanie:**

„Dzień Dobry

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej chciałbym zadać pytanie dotyczące postępowania nr. 2022/BZP 00103190/01 („Dostawa kamer termowizyjnych wraz z licencją na

oprogramowanie do raportowania badań termowizyjnych budynków w ramach realizacji projektu LIFE\_AQP\_Opolskie\_2019.PL - LIFE19 GIE / PL / 000398".)

W Zał. nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) podana jest informacja że kamera powinna posiadać ekran dotykowy. Czy dopuszczacie Państwo opcje zaoferowania kamery bez dotykowego wyświetlacza, ale z możliwością obsługi za pomocą smartphone lub tabletu, w których występują dotykowe wyświetlacze?"

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza opcji kamery bez dotykowego wyświetlacza. Zamawiający podtrzymuje zapisy Opisu przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia.

**Zestaw pytań Wykonawcy nr 2 z dnia 01.04.2022 r.**

„(...) Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ. Treść pytań poniżej:

1. Czy zamawiający dopuszcza kamery termowizyjne bez funkcji robienia zdjęć?
2. Czy zamawiający dopuszcza kamery termowizyjne z wyświetlaczem bez możliwości sterowania dotykowego?"

**Pytanie:**

„Czy zamawiający dopuszcza kamery termowizyjne bez funkcji robienia zdjęć?"

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza kamery bez wykonywania zdjęć. Jest to kluczowa funkcja potrzebna do analizy obrazu i opracowania raportu.

Zamawiający podtrzymuje zapisy Opisu przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia.

**Pytanie:**

„Czy zamawiający dopuszcza kamery termowizyjne z wyświetlaczem bez możliwości sterowania dotykowego?"

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza opcji kamery bez dotykowego wyświetlacza.

Zamawiający podtrzymuje zapisy Opisu przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia.

**Zestaw pytań Wykonawcy nr 3 z dnia 04.04.2022 r.**

„Szanowni Państwo

W związku z postępowaniem DOA-ZP.272.6.2022. zwracamy się do Państwa z pytaniami do SWZ.

Czy ze względu na możliwość zaproponowania potencjalnie niższej ceny, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i płatność w euro?

Czy Zamawiający dopuszcza załączenie referencji za sprzedaż aparatury kontrolno-pomiarowej, innej niż kamery termowizyjne, ale o wiele wyższej wartości niż 40 tys. zł brutto? ”

**Pytanie:**

Czy ze względu na możliwość zaproponowania potencjalnie niższej ceny, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i płatność w euro?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia (XVI pkt. 5) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

Zapis z SWZ „XVI Sposób obliczenia ceny (...)

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.” (...)

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuszcza załączenie referencji za sprzedaż aparatury kontrolno-pomiarowej, innej niż kamery termowizyjne, ale o wiele wyższej wartości niż 40 tys. zł brutto?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości załączenia referencji za sprzedaż aparatury kontrolno-pomiarowej jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wymaga wykazania, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje) należycie, co najmniej: 1 dostawę kamer termowizyjnych o wartości, co najmniej 40 000,00 zł brutto (np. potwierdzone pozytywnym protokołem odbioru, referencjami itp.).

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji warunków zamówienia - rozdział XXI Warunki udziału w postępowaniu pkt 2 ppkt 4) oraz rozdział XXII Informacja o podmiotowych środkach dowodowych pkt 4.

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert.

Zgodnie z zapisami art. 284 ust 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia treści SWZ.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00103190/01 z dnia 2022-03-30 nie ulega zmianie.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z up. Zarządu Województwa Opolskiego

Marcin Puszcz  
Dyrektor Departamentu  
Organizacyjno-Administracyjnego.....

Kierownik zamawiającego lub osoba  
upoważniona do podejmowania czynności  
w jego imieniu

INSPEKTOR  
OKOS  
Karolina Okos

Kierownik Referatu  
Zamówień Publicznych  
Monika Kamińska